

10) 사지의 균등선량조사를 위한 조직등가물질의 특성과 Box Bolus의 제작

이화여자대학교 의과대학부속 동대문병원 치료방사선과
이호수

목 적 : 사지에 발생하는 skin cancer 또는 sarcoma 등 조사범위가 크고 체표면이 불규칙한 환자에 대하여 균등한 선량을 조사하기 위하여 조직등가물질의 특성 및 흡수계수를 구하고 box bolus를 제작하여 균등선량을 조사하기 위한 방법을 모색하고자 하였다.

재료 및 방법 : 일반적으로 요철을 보정하기 위해 사용되어 왔던 조직등가물질 중 구입하기 쉬운 곡식(쌀, 콩, 수수, 보리쌀, 등)에 대하여 각 물질의 날알에 대한 크기와 밀도를 계산하고 6MV X-ray를 이용 물 10cm 두께와 각 물질의 10cm 두께에 대한 흡수선량을 측정하여 각 물질의 반가총을 구하고 이를 기초로 각 물질의 흡수계수를 계산하였다. 이러한 측정방법에서 물의 밀도와 가장 근사치에 가까운 쌀을 조직등가물질로 선택하여 비닐봉지 $5 \times 5\text{cm}^2$ 크기에 쌀을 약 80%를 채운 다음 입구를 봉하였다. 또한 조직등가물질을 채우기 위한 box를 제작(크기 $40 \times 25 \times 20\text{cm}^3$)하여 긴 쪽의 양면에 구멍을 내어 그 속에 환자의 하지를 삽입하여 등가물질을 채워 선량분포를 측정하였다.

결 과 : 각 물질의 특성 실험에서 각각의 물질 쌀, 콩, 수수, 조, 보리쌀, paraffin의 mass density(g/cm^3)는 각각 0.9, 0.9, 0.82, 0.89, 0.85, 0.7로 측정되었으며, mean density는 각각 1.5, 1.14, 1.32, 1.19, 1.35, 0.93으로 측정되었다. 또한 각 물질 물, 쌀, 콩, 수수, 조, 보리쌀 10cm에 따른 6MV x-ray에 의한 1HVL는 각각 11cm, 11.2cm, 13.6cm, 12.0cm, 11.6cm, 11.4cm로 측정되었으며, 흡수계($\mu(\text{cm}^{-1})$)는 각각 0.063, 0.062, 0.051, 0.058, 0.060, 0.061로 측정되어 쌀의 흡수계가 0.062로 물의 흡수계 0.063에 가장 근사치에 가까워 조직등가물질로 가장 적합하였다.

결 론 : 상하지에 발생되는 종양에 대하여 box bolus를 제작 사용하므로 비록 조사부위가 커도 한 조사야로 치료가 가능할 뿐만 아니라 조사부위가 커 두 부위로 나누어 조사할 경우 접합 부위에 발생되는 고선량부위와 저선량부위를 제거할 수 있었으며, 또한 표면선량을 증가시킬 수 있었다.

11) 분할정위적 방사선수술시 수정체 및 갑상선 선량의 평가

서울대학교병원치료방사선과
민제순

목 적 : 분할정위적 방사선 수술은 뇌동정맥 기형, 뇌하수체 종양, 전이성종양치료등 최근 이용빈도가 급격히 늘어나는 추세이다. 목표부위 선량분포에 관한 연구는 많이 발표되고 있으나 수정체, 갑상선과 같이 방사선에 민감한 장기에 흡수되는 선량에 관한 자료는 매우 부족한 실정이다. 따라서 인체 모형에서 분할정위적 방사선 수술시